

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

FANTOMÓW TKANKI LUDZKIEJ

opracowanych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

w ramach POIG.01.03.01-14-016/08

dla Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Nr zamówienia E2297/1/12 z dnia 03.07.2012 r

W dniu 29.09.2012 r w Krakowie komisja w składzie :

ze strony Zamawiającego:

Dr Artur Krzyżak

ze strony Wykonawcy :

Prof. dr. hab. inż. Jerzy Zieliński

dokonała odbioru i przekazania Zamawiającemu niżej wymienionych fantomów

- 1) **2Q2WAT20** - w formie sześciianu o krawędzi 2cm z płytkami szklanymi o grubościach 150 μm rozseparowanymi warstwami wody o grubościach 20 μm ; **1 szt.**
- 2) **5Q2WAT20** - w formie sześciianu o krawędzi 5cm z płytkami szklanymi o grubościach 150 μm rozseparowanymi warstwami wody o grubościach 20 μm ; **1 szt.**
- 3) **2CWATS** - w formie cylindra o wysokości i średnicy 2cm wypełnionego sześciokątnymi „żyłami fonicznymi SiO_2 ”(o krawędziach 360 μm z 360 rurkami o średnicy 36 μm) zalanymi wodą; **1 szt.**
- 4) **3CWATS** - w formie cylindra o wysokości i średnicy 3cm wypełnionego sześciokątnymi „żyłami fonicznymi SiO_2 ”(o krawędziach 360 μm z 360 rurkami o średnicy 36 μm) zalanymi wodą; **1 szt.**

i ustaliła co następuje:


1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu 4 szt. fantomów tkanki ludzkiej
2. Fantomy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i nie wymagają poprawek ani uzupełnień.
3. Protokół sporządzono w dwóch egz., po jednym dla każdej strony


Protokół niniejszy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za pracę będącą przedmiotem odbioru.

Podpisy członków komisji

ze strony Wykonawcy

ze strony Zamawiającego


.....


.....